

Wilkowice, dnia 12.03.2025 r.

Dotyczy postępowania nr ZP/271/2/LA/2025 Postępowanie o udzielenie zamówienia na sukcesywną dostawę tlenu do zbiornika kriogenicznego służącego do magazynowania ciekłego tlenu medycznego o pojemności 6,4 m3 oraz dostawę gazów medycznych wraz z dzierżawą butli dla potrzeb Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej

Zmiana SWZ

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawiadamia o modyfikacji treści SWZ:

1. W Części III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dotychczasową treść zastępuje się treścią stanowiącą Załącznik nr 1 do Zmiany SWZ.
2. Zmianie ulega projekt umowy, stanowiące Załącznik nr 5 – Projekt umowy

Nowy załącznik nr 5 do SWZ otrzymuje nazwę: „Załącznik nr 5 – Projekt umowy.zmieniony”.

Uwaga! Oferty należy sporządzić według nowego wzoru załącznika.

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT SPZOZ

Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej powiadamia się zainteresowane Strony o przesunięciu terminu składania ofert w postępowaniu na sukcesywną dostawę tlenu do zbiornika kriogenicznego służącego do magazynowania ciekłego tlenu medycznego o pojemności 6,4 m3 oraz dostawę gazów medycznych wraz z dzierżawą butli dla potrzeb Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej.

Data obowiązująca jest 19.03.2025 r. składanie ofert do godz. 9:00, otwarcie ofert o godzinie 9:30.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Zmieniana treść SWZ

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa tlenu do zbiornika kriogenicznego służącego do magazynowania ciekłego tlenu medycznego o pojemności 6,4 m³ oraz dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli dla potrzeb Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej.
2. Zbiornik stanowi własność Zamawiającego. Dokumentacja techniczna zbiornika i parownicy stanowi Załącznik nr 7 do SWZ.
3. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części.
4. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia dostaw tlenu do zbiornika do 9 000 kg dodatkowo. Warunki skorzystania z prawa opcji:
 - a. skorzystanie z zamówienia opcjonalnego uzależnione będzie od bieżących potrzeb Zamawiającego jako uprawnienie, z którego może, lecz nie musi skorzystać.
 - b. Zamawiający ma prawo skorzystania z prawa opcji w czasie trwania umowy.
 - c. Zamówienia realizowane w ramach prawa opcji są jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego. Brak złożenia zamówienia objętego prawem opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy żadnych roszczeń w stosunku do Zamawiającego.
 - d. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i wzorze umowy.
5. Zamawiający deklaruje minimalną liczbę dostaw tlenu do zbiornika w wysokości 18 000 kg. Zamawiający zrealizuje jedynie minimalną wartość zamówienia w szczególności w sytuacji, w której wykonanie zamówienia w 100% nie będzie ze względów ekonomicznych, organizacyjnych lub technicznych leżało w interesie Zamawiającego, tj. np. zmiany organizacyjne u Zamawiającego lub zmiany zasad leczenia pacjentów. Wykonawcy nie przysługują jakiegokolwiek roszczenia w sytuacji, gdy Zamawiający zrealizuje jedynie minimalną wartość zamówienia.
6. W zakresie dostaw butli Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia dostaw do liczby określonej w Załączniku nr 2 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy) na warunkach skorzystania z prawa opcji określonych ust. 4.
7. Zamawiający deklaruje minimalną liczbę dostaw na poziomie określonym w Załączniku nr 2 do SWZ (formularz asortymentowo-cenowy). Zamawiający zrealizuje jedynie minimalną wartość zamówienia w szczególności w sytuacji, w której wykonanie zamówienia w 100% nie będzie ze względów ekonomicznych, organizacyjnych lub technicznych leżało w interesie Zamawiającego, tj. np. zmiany organizacyjne u Zamawiającego lub zmiany zasad leczenia pacjentów. Wykonawcy nie przysługują jakiegokolwiek roszczenia w sytuacji, gdy Zamawiający zrealizuje jedynie minimalną wartość zamówienia.
8. Przedmiot i warunki realizacji niniejszego zamówienia winny być zgodne z ustawą Prawo Farmaceutyczne z dnia 6 września 2001r. (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 686 z późn. zm.) oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie.
9. Termin przydatności przedmiotu zamówienia do użycia będzie wynosił co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy.
10. Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 10 dni roboczych od dnia zgłoszenia wady. Zasady reklamacji opisano w projekcie umowy (załącznik nr 5 do SWZ).
11. Termin płatności - 60 dni od daty wystawienia Zamawiającemu prawidłowej faktury, z zastrzeżeniem zapisów postanowień § 3 projektu umowy (załącznik nr 5 do SWZ).

Tlen do zbiornika:

1. Jakość każdej dostawy będzie potwierdzona odpowiednim atestem. Tlen medyczny powinien być dostarczony w cysternach oznaczonych zgodnie z ustawą Prawo Farmaceutyczne.
2. Przedmiot zamówienia należy przewozić zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami przy przewozie substancji niebezpiecznych drogą lądową /ADR/. Zamawiający nie ponosi jakiegokolwiek odpowiedzialności za transport przedmiotu zamówienia do miejsca dostawy.
3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
4. Oferowane wyroby będące produktami leczniczymi (tlen) w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 686 z późn. zm.) muszą posiadać aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w rozumieniu Prawa farmaceutycznego. Wydane przed dniem 1 stycznia 2003 r. świadectwa rejestracji i świadectwa dopuszczenia do obrotu są

- pozwoleniami w rozumieniu Prawa farmaceutycznego i zachowują ważność w określonych dla nich terminach ważności.
5. Wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi muszą posiadać aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniać wymagania ustawy dnia z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1620 z późn. zm.), jej przepisów przejściowych oraz wykonawczych oraz Rozporządzenia 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów).
 6. Wymagania odnośnie realizacji dostawy:
 - wykonanie przystawki umożliwiającej tankowania w przypadku, gdy posiadane przez Szpital przyłącze uniemożliwia tankowanie (ewentualny koszt wykonania przystawki winien być zawarty w cenie tlenu),
 - dostarczanie tlenu do zbiornika w terminie maksymalnie 3 dni od daty złożenia zamówienia. Zamawiający będzie składał zamówienie w momencie, gdy poziom napełnienia zbiornika tlenem osiągnie poziom poniżej 3 ton.
 - do każdej dostawy Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające rodzaj i ilość dostarczonego gazu;
 - każdorazowy odbiór ilościowy dostarczonych gazów następuje u Zamawiającego, przy czym Zamawiającego i Wykonawcę reprezentuje przy odbiorze upoważniony pracownik;
 - w przypadku wadliwości dostawy, stwierdzonej przy odbiorze dostawy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany dostarczonego towaru;
 - reklamacje ilościowe i jakościowe nie stwierdzone w trakcie dostawy Zamawiający niezwłocznie zgłasza Wykonawcy drogą telefoniczną i pisemną;
 - Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 3 dni od daty jej otrzymania.
 - ~~7. Termin płatności za wykonaną dostawę nie krótszy niż 60 dni licząc od daty prawidłowego wystawienia Zamawiającemu prawidłowej faktury VAT.~~
 8. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Butle:

1. Oferowane wyroby będące produktami leczniczymi (tlen) w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 686 z późn. zm.) muszą posiadać aktualne pozwolenie na dopuszczenie do obrotu w rozumieniu Prawa farmaceutycznego. Wydane przed dniem 1 października 2002r. świadectwa rejestracji i świadectwa dopuszczenia do obrotu są pozwoleniami w rozumieniu Prawa farmaceutycznego i zachowują ważność w określonych dla nich terminach ważności.
2. Wszystkie oferowane produkty będące wyrobami medycznymi muszą posiadać aktualne dokumenty dopuszczające do obrotu oraz spełniać wymagania ustawy dnia z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1620 z późn. zm.), jej przepisów przejściowych oraz wykonawczych oraz Rozporządzenia 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych - MDR (jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów).
3. Każdorazowa dostawa gazów musi odpowiadać wszelkim wymogom dopuszczającym je do obrotu w lecznictwie i posiadać instrukcję zastosowania w formie ulotki w języku polskim.
4. Wymagania odnośnie realizacji dostawy:
 - realizowana przez Wykonawcę bieżąca dostawa gazów musi być zgodna asortymentowo i ilościowo z zamówieniem otrzymanym przez Zamawiającego;
 - gazy dostarczane będą w butlach, będących własnością Wykonawcy,
 - Zamawiający będzie dzierżawił od Wykonawcy dostarczone butle;
 - zwrot pustych butli będzie następował wraz z kolejną dostawą gazów;
 - dostawa zamówionych gazów będzie realizowana przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego;
 - do każdej dostawy Wykonawca dołączy dokumenty potwierdzające rodzaj i ilość dostarczonego gazu;
 - każdorazowy odbiór ilościowy dostarczonych gazów następuje u Zamawiającego, przy czym Zamawiającego i Wykonawcę reprezentuje przy odbiorze upoważniony pracownik;
 - w przypadku wadliwości dostawy, stwierdzonej przy odbiorze dostawy, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznej wymiany dostarczonego towaru;

- reklamacje ilościowe i jakościowe nie stwierdzone w trakcie dostawy Zamawiający niezwłocznie zgłasza Wykonawcy drogą telefoniczną i pisemną;
~~— Wykonawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie do 3 dni od daty jej otrzymania.~~
- 5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, po podpisaniu umowy, na wezwanie Zamawiającego, zobowiązany jest dostarczyć karty charakterystyki do każdego z oferowanych gazów.
- ~~6. Termin płatności za wykonaną dostawę nie krótszy niż 60 dni licząc od daty prawidłowego wystawienia Zamawiającemu właściwej faktury.~~
- 7. Dostawa przedmiotu zamówienia będzie się odbywać na koszt i ryzyko Wykonawcy.