

Kontrole zewnętrzne przeprowadzone w SP ZOZ Szpitalu Kolejowym w Wilkowicach-Bystrej w roku 2021

L.p.	Jednostka kontrolująca	Temat kontroli	Termin kontroli	Obszar kontroli	Ocena pozytywna	Ocena negatywna (obszar)	Zalecenia	Informacja na temat wdrożenia zaleceń (podjęte działania)	Uwagi
1.	Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach	Kontrola w zakresie badań mających na celu bezpieczne przetaczanie krwi	22.03.2021r.	Laboratorium	TAK		<ol style="list-style-type: none"> Zaktualizować procedury dotyczące wykonywania badań immunohematologicznych. Wykonać walidację procesu wykonywania badań techniką mikrokolumnową. Kwalifikować każdą serię mikrokart przed dopuszczeniem jej do użytku laboratoryjnego. Wyjaśnić przyczyny skreśleń w książce prób zgodności. 	Zalecenia zostały wykonane.	
2.	Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej	Kontrola wybranych przepisów prawa pracy w zakresie: - planowanego przejścia części zakładu (Dział Żywienia) na nowego pracodawcę, - prawidłowości naliczania wynagrodzenia za czas choroby, - mobbingu, - bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ochrony pracowników przed możliwością zakażenia SARS-CoV-2	24.03.2021r. 26.04.2021r.	Szpital	TAK		<ol style="list-style-type: none"> Poddawanie pracowników szkoleniom wstępnym w dziedzinie bhp w czasie pracy, Terminowe poddawanie pracowników szkoleniom okresowym w zakresie bhp, Dostosowanie Regulaminu wynagradzania do obowiązujących przepisów prawa pracy poprzez zaktualizowanie zapisów dotyczących wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy, Ponowienie oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu prac na stanowiskach zajmowanych przez pracowników zakładu z uwzględnieniem klasyfikacji szkodliwego czynnika biologicznego, SARS-CoV-2 	Zalecenia zostały wykonane	
3.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej	Kompleksowa kontrola wykonawstwa szczepień	14.09.2021r.	Punkt szczepień	TAK		Nie stwierdzono nieprawidłowości		
4.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej	Kontrola realizacji wymogów w zakresie stosowania leków cytostatycznych	16.09.2021r.	Szpital, Apteka	TAK		Nie stwierdzono nieprawidłowości		
5.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej	Ocena stanu sanitarno-higienicznego, procedur dezynfekcji i sterylizacji, gospodarka odpadami medycznymi	20.10.2021r. – 25.10.2021r.	Szpital (Zaplecze)	TAK ze stwierdzonymi nieprawidłowościami	Zaplecze Szpitala	<ol style="list-style-type: none"> W pomieszczeniu na odpady komunalne pokryć podłogę posadzką zmywalną, możliwą do dezynfekcji. Zakupić pojemniki do składowania poszczególnych frakcji odpadów. Zapewnić w pomieszczeniu pro-morte dostęp do ciepłej i zimnej wody. 	Wykonano zalecenie wymienione w pkt. 2, 3, 4. Wykonanie zaleceń wymienionych w pkt. 1 i 5 w trakcie realizacji	

							<p>4. Zapewnić dostęp do bieżącej wody (cieplej i zimnej) w pomieszczeniu magazynowania odpadów medycznych.</p> <p>5. Utworzyć miejsce do mycia i dezynfekcji pojemników i środków transportu wewnętrznego odpadów medycznych.</p>		
6.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej	Ocena stanu sanitarno-higienicznego, procedur dezynfekcji i sterylizacji, gospodarka odpadami medycznymi	20.10.2021r. – 25.10.2021r.	Pracownia Endoskopowa	TAK		Nie stwierdzono nieprawidłowości		
7.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej	Ocena stanu sanitarno-higienicznego, procedur dezynfekcji i sterylizacji, gospodarka odpadami medycznymi	20.10.2021r. – 25.10.2021r.	Poradnie Specjalistyczne	TAK		Nie stwierdzono nieprawidłowości		
8.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku-Białej	Ocena warunków sterylizacji	20.10.2021r.	Pracownia Endoskopowa	TAK		Nie stwierdzono nieprawidłowości		