

Dotyczy postępowania nr ZP/271/7/LL/2024 Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę odczynników i drobnego sprzętu do laboratorium wraz z dzierżawą sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej

PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 2

W odpowiedzi na pytania dotyczące specyfikacji warunków zamówienia o treści jak niżej Zamawiający w trybie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, co następuje:

Zapytanie nr 1

Dotyczy: Pytanie nr 2 z dnia 31.07.2025 r.

„Dotyczy Formularza Cenowego Załącznika nr 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby LP: 13. Kalibratory ilość zgodnie z zaleceniami producenta, 14. Materiały kontrolne (kontrola 2x w tygodniu na 2 poziomach) oraz 15. Materiały eksploatacyjne w ilości zabezpieczającej czas trwania umowy były wyliczone oddzielnie bez podawania ich kosztów w punkcie 16. Dzierżawa a dzierżawa była podana osobno? Jest to niezbędne do wskazania odpowiednich kalibratorów, kontroli oraz materiałów zużywanych które są niezbędne do wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę w pozycjach 13, 14 i 15 na wskazanie liczby oraz cen (pomocniczo dla Wykonawcy). Jednakże ostateczny koszt tych pozycji (na podstawie kalkulacji) winien być uwzględniony w wycenie dzierżawy analizatora. „

Prosimy o sprostowanie powyższej odpowiedzi, ponieważ konieczność doliczenia kalibratorów, materiałów kontrolnych oraz materiałów eksploatacyjnych (stawka VAT 8%) do czynszu dzierżawnego (stawka VAT 23%) jest niemożliwa, jest niezgodna z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Negatywna odpowiedź Zamawiającego uniemożliwi złożenie ofert Wykonawcom w niniejszym postępowaniu.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zmienił SWZ. Zamawiający wydzielił materiały eksploatacyjne z usługi dzierżawy.

Zapytanie nr 2

Prosimy o wyjaśnienia dotyczące projektu umowy (dostawa z dzierżawą) – załącznik nr 5a do SWZ - WARUNKI I TERMINY DOSTAW § 4 ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w § 4 ust. 9 w/w umowy zapisu:

W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę produktów o terminie ważności krótszym niż 6 miesięcy (nie dotyczy krwinek i zestawu próbek kontrolnych), licząc od daty wydania produktu Zamawiającemu, Zamawiającemu przysługuje prawo zwrotu towaru na koszt Wykonawcy

Powyższy zapis wpisany jest do projektu umowy 5b a pominięty został w projekcie 5a , gdzie również oferowane są pakiety z materiałem kontrolnym np. pakiet nr 11, który z racji harmonogramu produkcji przez producenta, nie może mieć więcej niż 3 miesięczny termin ważności.

Odpowiedź: Zamawiający zmienił SWZ.

Zapytanie nr 3

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający w pakiecie 8 wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet 4 m-c po

przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas, cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dostarczenia próbek wraz z ofertą dla pakietu nr 8. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy Zamawiającemu znane są oferowane produkty (zgodność numerów katalogowych) lub używa ich w tej chwili.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia wymóg dostarczenia próbek dla Pakietu nr 8.

Sprostowanie odpowiedzi z dnia 31.08.2025 r.

Pytanie nr 2 (Zapytanie nr 5)

Czy Zamawiający w pakiecie 8 w poz 22 dopuszcza płyty na 6 lub 9 wgłębień?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 9 wgłębień (pomyłka w numerze pozycji – pytanie dotyczy poz. 21)