

Wilkowice, dnia 3.09.2025 r.

**Dotyczy postępowania nr ZP/271/8/LL/2024 Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostawę odczynników i drobnego sprzętu do laboratorium wraz z dzierżawą sprzętu laboratoryjnego dla potrzeb Szpitala Kolejowego w Wilkowicach-Bystrej – powtórka cz. 1**

### **PYTANIA I ODPOWIEDZI NR 1**

W odpowiedzi na pytania dotyczące specyfikacji warunków zamówienia o treści jak niżej Zamawiający w trybie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, co następuje:

#### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści rozszerzenie tabeli w punkcie 30 - Materiał kontrolny i materiały eksploatacyjne – miesięczny ryczałt (tabela eksploatacyjna) na produkty 8% VAT i 23% VAT? Nie wszystkie części eksploatacyjne do analizatora podlegają stawce 8% VAT

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza w ramach pozycji 30 podział miesięcznego ryczałtu zgodnie z obowiązującymi stawkami VAT poprzez dodanie wg potrzeb podpunktów a, b, c z uwzględnieniem odpowiedniej stawki VAT.**

#### **Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści przeliczenie ilości odczynników według najlepszej wiedzy i doświadczenia oferenta, a nie według stabilności na pokładzie? Może to znacząco obniżyć koszty oferty.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.**

#### **Pytanie nr 3**

Czy podane ilości badań uwzględniają ilości kontroli i kalibracji? Jeśli nie, to czy należy je doliczyć do podanych ilości?

**Odpowiedź: Podane liczby badań nie uwzględniają ilości kontroli i kalibracji. Tak, należy je doliczyć do podanych badań.**

#### **Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający będzie wykonywał oznaczenia glukozy wyłącznie w surowicy, czy również w moczu? Wykonywanie oznaczeń w moczu wymaga zaoferowania odczynnika do metody heksokinazowej.

**Odpowiedź: Zamawiający będzie wykonywał oznaczenia glukozy także w moczu. Zamawiający zmodyfikował formularz asortymentowo-cenowy.**