



SPZOZ SZPITAL KOLEJOWY W WILKOWICACH-BYSTREJ

ul. Żywiecka 19, 43-365 Wilkowice
tel./fax: (33) 812-30-98, tel. (33) 812-20-20; 28; 29
REGON: 010657175, NIP: 937-21-88-022
e-mail: biuro@szpital-kolejowy.com
<http://www.szpital-kolejowy.com>

Konto: VeloBank S. A.: 87 1560 0013 2006 9269 4000 0002

Wilkowice: 05.01.2026 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dotyczy postępowania na dostawę środków dezynfekujących

W odpowiedzi na pytania o treści jak niżej Zamawiający informuje co następuje:

Zapytanie nr 1

Pytanie nr 1

Pytanie do pakietu nr 1a:

Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowe do użycia chusteczki przeznaczone dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych. Preparat na bazie H₂O₂ bez zawartości alkoholu, chloru, QAV, kwasu nadoctowego oraz poliaminy. Chusteczka o wymiarze min. 18x18cm i gramaturze 30g/m². Osiąga spektrum działania: zgodnie z EN 16615 (test czterech pól) B, F (C. albicans) w czasie 30 sekund, Tbc do 1 minuty, V zgodnie z EN 14476 V (Adeno, Polio, Noro) – S (B. subtilis oraz Cl. difficile) w czasie 1min. Preparat zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II a, opakowanie a 100 sztuk z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Załącznika nr 2 do Zaprośzenia.

Pytanie nr 2

Pytanie do pakietu nr 2:

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat dezynfekująco – myjący w koncentracji do wszelkiego rodzaju powierzchni, również sprzętu medycznego, w tym metoda przecierania na mokro, zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIa na bazie czwartorzędowych związków amonowych (DDAC, BAC oraz aminy), nieposiadający w swoim składzie aldehydów, fenoli, chloru, glukoprotaminy i związków tlenowych, dobrze tolerowany przez materiały, z którymi się styka (nie niszczy powierzchni, nie pozostawia smug, plam, nie odbarwia); również do powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu o szerokiej kompatybilności, z potwierdzoną przez producenta możliwością stosowania na oddziałach noworodkowych i pediatrycznych a także w obecności pacjentów, nie wymagający szczególnych środków ochrony, poza масечką zwykłą, okularami, fartuchem ochronnym, rękawiczkami, w czasie przygotowywania roztworów roboczych, niealergizujący, o delikatnym zapachu, o spektrum działania: B (EN 13727) Tbc (14348), F (13624) pełne działanie wirusobójcze V (14476 wobec Adeno, Polio, Noro) w stężeniu do 0,5% do 15 minut, w opakowaniu a 5L ?

Handwritten signature/initials in the bottom left corner.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Załącznika nr 2 do Zaprośzenia.

Pytanie nr 3**Pytanie do pakietu nr 3 poz. 1 i 2:**

Czy zamawiający oczekuje preparatu bez zawartości H₂O₂?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Załącznika nr 2 do Zaprośzenia.

Pytanie nr 4**Pytanie do pakietu nr 7:**

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz narzędzi chirurgicznych na bazie aktywnego tlenu (nadwęglan sodu i kwas cytrynowy) Zawierający kompleks 3 enzymów myjących bez konieczności stosowania aktywatora o spectrum działania: B-zgodnie z EN 13727, F- zgodnie z EN 14562 (*Candidia albicans*, *Aspergillus Niger*) V – zgodnie z EN 14476 (polio, adeno, noro), prątki – zgodnie z EN 14348 *M.terrae*, *M.avium* oraz *M.tuberculosis* (Tbc), S (*B. subtilis*) – w stężeniu 2% w 10 minut z możliwością poszerzenia spektrum o *Cl. Difficile* w stężeniu 2% w czasie do 15 minut, przygotowywany w wodzie wodociągowej zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy IIb konfekcjonowany w opakowaniu a'2,5 kg z przeliczeniem ilości op.?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Załącznika nr 2 do Zaprośzenia.

Pytanie nr 5**Pytanie do pakietu nr 7:**

Czy zamawiający potwierdza, że wymaga i nie zrezygnuje z wymogu posiadania przez zaoferowany preparat działania wobec *Cl. difficile* wg normy dla obszaru medycznego.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Załącznika nr 2 do Zaprośzenia.

Pytanie nr 6**Pytanie do pakietu nr 9 poz. 1:**

Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia preparat w płynie do manualnej dezynfekcji wysokiego poziomu endoskopów i innych termolabilnych wyrobów na poziomie sporobójczym. Spektrum działania: B F Tbc,V (Adeno, Polio i Noro) ,S (*C. difficile*, *B. cereus* *B. Subtilis*) w czasie 5 min. Substancja aktywna : kwas nadoctowy powstały w skutek opatentowanej metody syntezy z acetylokaprolaktamu i nadtlenu wodoru, bez zawartości kwasu octowego, pH 7-9? Aktywność preparatu max.14 dni, czas aktywacji preparatu nie dłuższy niż 15 min. Kontrola substancji aktywnej za pomocą pasków testowych. Paski testowe pakowane po 14 szt. Opakowanie a 5l. Wyrób medyczny. Klasy IIb.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Załącznika nr 2 do Zaprośzenia.

Pytanie nr 7**Pytanie do pakietu nr 9 poz. 2:**

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz termolabilnych wyrobów medycznych w postaci koncentratu na bazie kompleksu trójenzymatycznego (lipazy, proteazy i amylazy), QAV i aminy, do użycia manualnego i w myjkach ultradźwiękowych o spektrum działania wg norm ujętych w nadrzędnej normie EN 14885, tj. Fazy 2 etap 1 i 2: B-zgodnie z EN 13727, EN 14561 F- zgodnie z EN 13624 oraz EN 14562 (*Candidia albicans*, *Aspergillus Niger*) V – zgodnie z EN 14476 (polio, adeno, noro), prątki – zgodnie z EN 14348 *M.terrae*, *M.avium* – wykazujący pełne spektrum bójcze w stężeniu do 0,5% w czasie do 15 minut, nie posiadający w swoim składzie substancji utleniających i aldehydów, zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy II b w opakowaniu a 1000ml z wbudowanym dozownikiem oraz 5L ?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Załącznika nr 2 do Zaproszenia.

Pytanie nr 8**Pytanie do pakietu nr 10:**

Czy zamawiający potwierdza, że oczekuje, aby zaoferowane chusteczki były wyrobem medycznym?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Załącznika nr 2 do Zaproszenia.

Pytanie nr 9**Pytanie do pakietu nr 10:**

Czy zamawiający potwierdza, że oczekuje, aby producent chusteczek posiadał system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych zgodnie z MDR?

Odpowiedź:

Nie wymaga SZJ.

Pytanie nr 10**Pytanie do pakietu nr 14 poz. 1 i 2:**

Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowe chusteczki na bazie czwartorzędowych związków amoniowych do mycia i dezynfekcji małych powierzchni oraz sprzętu medycznego, kompatybilne z metalami i tworzywami sztucznymi oraz z sondami i monitorami SonoScape. Posiadające oświadczenie producenta SonoScape. W składzie chlorek didecylodimetyloamoniowy, chlorek benzalkoniowy i pochodna aminowa. Zastosowanie m.in. do mycia i dezynfekcji powierzchni wrażliwych, głowic USG. Spektrum działania: B (*P. aeruginosa*, *S. aureus*, *E. hirae*), F (*C. albicans*, *A. niger*) V Adeno, Polio, Noro) Tbc, 1 minuta. Szeroka kompatybilność materiałowa, możliwość stosowania na oddziałach neonatologicznych i pediatrycznych. Możliwość stosowania przez min. 2 miesiące po otwarciu opakowania. Chusteczka o wymiarze 18x18cm Wyrób medyczny kl. IIa. W op. typu tuba a'100 sztuk.?

Odpowiedź: Tak, dopuści.

Zapytanie nr 2

Pytanie nr 1

Pytanie do pakietu nr 1:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparatu o działaniu sporobójczym do jednoczesnego mycia i dezynfekcji powierzchni i wyposażenia. Warunki brudne 15 min. – 2.000 ppm: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy (HIV, HBV, HCV, adenovirus, poliovirus), Warunki brudne 15 min. – 4.000 ppm: sporobójczy (c. difficile). Możliwość stosowania w obecności pacjentów potwierdzona przez producenta, aktywność r-r przez co najmniej 72h. W postaci tabletek. Wyliczenie ilości op tabletek dla 6000 tys roz. roboczego dla stężenia 2000 ppm.

Odpowiedź: Tak, dopuści.

Pytanie nr 2

Pytanie do pakietu nr 1a:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania inkrustowanych chlorem nawilżonych gotowych do użycia chusteczek do mycia i dezynfekcji różnego rodzaju powierzchni medycznych, wyposażenia, miejsc zanieczyszczonych organicznie oraz usuwania plam krwi. Jedna chusteczka uwalnia ok 5400 ppm aktywnego chloru, czas bójczy w 15 minut, bakteriobójczy, prątkobójczy (M. Bovis), grzybobójczy (C. albicans), wirusobójczy, sporobójczy (C.difficile). wyrób medyczny Postać: chusteczki op. 50 szt z przeliczeniem ilości.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Załącznika nr 2 do Zaproszenia.

Pytanie nr 3

Pytanie do pakietu nr 2:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania koncentratu do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego oraz dużych powierzchni zmywalnych jak łóżka, fotele zabiegowe, aparatura medyczna. Posiadający wysoką tolerancję materiałową – nadaje się do dezynfekcji materiałów obiciowych oraz wyrobów ze szkła, tworzyw ABS, porcelany, gumy, stali szlachetnej oraz aluminium, niklu i chromu, również szkła akrylowego. Może być używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Bez zawartości aldehydów i fenoli, dzięki czemu nie wywołuje reakcji alergicznych i nie odbarwia powierzchni. Skład: Chlorek didecyldimetyloamoniowy, N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina. Spektrum i czas działania: B, F(C. albicans), Tbc (M terrae), V (Vaccinia, BVDV, HIV, HBV, HCV, Adeno) – 0,25% w 15 min., Polio, Noro 1,25 % w 15 min., B (w tym MRSA), F (C. albicans) 0,25% w 15 min. w warunkach czystych. Możliwość rozszerzenia spektrum o C. difficile, M. avium Preparat przebadany zgodnie z normą EN 14885, wymagane załączenie badań potwierdzających. Preparat posiadający rejestrację jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Opakowanie 5 l + pompka.

Odpowiedź: Tak, dopuści.

Pytanie nr 4

Pytanie do pakietu nr 4a:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania żelu do higienicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (80g/100g preparatu) i qav (0,2g/100g) bez zawartości innych substancji czynnych. Spektrum działania: B (w tym MRSA), Tbc (M. terrae) w czasie do 30 sek., F (C. albicans) w czasie do 30 sek.; V (Vaccina, HIV, HBV, HCV, Rota, Noro) w czasie do 30 sek., działanie bójcze potwierdzone badaniami zgodnie z EN 14885, dezynfekcja higieniczna: 2x30 sek. (wg EN 1500), dezynfekcja chirurgiczna 2x90sek. (wg EN 12791). Preparat zawiera glicerynę, wykazujący bardzo dobrą tolerancję przez skórę dłoni oraz nie powodujący uczucia lepkości. Przebadany dermatologicznie. Preparat zarejestrowany jako produkt biobójczy. Jednorazowe opakowanie po 0,5 litra + pompka.

Odpowiedź: Tak, dopuści.

Pytanie nr 5

Pytanie do pakietu nr 5:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania delikatnego kremu do pielęgnacji skóry rąk • Działa ochronnie, nawilżająco i regenerująco • Pielęgnuje przesuszoną, podrażnioną i szorstką skórę dłoni • Zalecany jest do codziennego stosowania po częstym myciu rąk oraz po higienicznej dezynfekcji • Szybko się wchłania przynosząc natychmiastowe uczucie komfortu • Zawiera wyciąg z aloesu, glicerynę i D-panthenol (prowitamina b5) Przebadany dermatologicznie Opakowania 0,5 l + pompka. Kosmetyk ze stawką VAT 23%.

Odpowiedź: Tak, dopuści.

Pytanie nr 6

Pytanie do pakietu nr 7:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparatu do manualnej dezynfekcji wysokiego poziomu narzędzi i termobilnego sprzętu medycznego oraz innych wyrobów medycznych. W postaci proszku całkowicie rozpuszczalnego w wodzie. Bez koniecznego dodatku aktywatora. Zawierający nadwęglan sodu, Działanie: B, V, Tbc, S (Bacillus subtilis) do 10 min. w jednym stężeniu 2%. Skuteczny w obecności zanieczyszczeń organicznych. Aktywność roztworu do 24 h. Opakowanie 2,5 kg., wyrób medyczny kl. IIb.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Załącznika nr 2 do Zaproszenia

Pytanie nr 7

Pytanie do pakietu nr 7:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania preparatu do manualnej dezynfekcji wysokiego poziomu narzędzi i termobilnego sprzętu medycznego oraz innych wyrobów medycznych. W postaci proszku całkowicie rozpuszczalnego w wodzie. Bez koniecznego dodatku aktywatora. Zawierający nadwęglan sodu, Działanie: B, V, Tbc, S (Clostridium difficile 027, Bacillus subtilis, B cereus) do 15 min.

w stężeniu 0,5, 2%. Skuteczny w obecności zanieczyszczeń organicznych. Aktywność roztworu do 24 h.
Opakowanie 2,5 kg., wyrób medyczny kl. IIb

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Załącznika nr 2 do Zaprośzenia

Pytanie nr 8

Pytanie do pakietu nr 10:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania chusteczek spełniających wymagania opisu przedmiotu zamówienia o gramaturze 48g/mkw.

Odpowiedź:

Tak, dopuści.

Pytanie nr 9

Pytanie do pakietu nr 15:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania środka na bazie chloru do dezynfekcji powierzchni wolnych od zanieczyszczeń organicznych oraz zanieczyszczonych substancjami organicznymi o zakresie działania dezynfekcyjnego B, F, V, Tbc pozwalający uzyskać roztwór roboczy 2000 ppm -4000ppm czas działania 15 min. W postaci tabletek.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami Załącznika nr 2 do Zaprośzenia.

Pozostałe zapisy Załącznika nr 2 do Zaprośzenia pozostają bez zmian.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa
tek. med. Joanna Naumowicz-Zuziak
specjalista chorób płuc
specjalista rehabilitacji medycznej
2775877