

Wstępne ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – inkubatora laboratoryjnego

Szpital zamierza udzielić zamówienia na zakup inkubatora laboratoryjnego

Wymagania:

- zakres temperatury : +5 °C powyżej temperatury otoczenia do +80 °C
- jednorodność temperatury : +/- 0,5 °C
- pojemność komory : około 30 litrów
- zasilanie : 230V , 50/60 Hz
- instrukcja obsługi w języku polskim
- obieg powietrza - naturalny lub wymuszony
- urządzenie wraz z paszportem technicznym i kartą gwarancyjną
- odległość między półkami – min. 16 cm

W załączniku umieszczone są otrzymane pytania i odpowiedzi.

Oferty należy wysłać na adres email: zam.publiczne@szpital-kolejowy.com do 15.05.2026 r. do godz. 9:00.

Tytuł zamówienia	Wstępne ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – inkubatora laboratoryjnego
Data ogłoszenia	2026-05-11
Status zamówienia	aktualne
Termin składania ofert (data)	2026-05-15
Termin składania ofert (data i godzina)	2026-05-15 09:00

Załączniki

[Odpowiedzi.pdf](#) | PDF, 103.78 KB | [Otwarcie w nowym oknie](#)