

Wstępne ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – zakup wirówki laboratoryjnej

Szpital zamierza udzielić zamówienia na zakup wirówki laboratoryjnej (możliwość zakupu ratalnego)

- Parametr,	- Wartość
Ilość obrotów	min. 4500/min.
Rotor o wysokości 12 cm, w tym próbek typu Falcon.	horyzontalny z gilzami o poj. min. 200 ml i możliwości wirowania próbek

Oferty należy wysłać na adres email: zam.publiczne@szpital-kolejowy.com do 09.03.2026 r. do godz. 9:00.

Tytuł zamówienia	Wstępne ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy – zakup wirówki laboratoryjnej Szpital zamierza udzielić zamówienia na zakup wirówki laboratoryjnej (możliwość zakupu ratalnego)
Data ogłoszenia	2026-03-04
Status zamówienia	aktualne
Termin składania ofert (data)	2026-03-09
Termin składania ofert (data i godzina)	2026-03-09 09:00