

# Dostawa stołowej wirówki laboratoryjnej

Przedmiotem konkursu jest: dostawa stołowej wirówki laboratoryjnej:

Wymagane parametry:

- wirówka laboratoryjna stołowa do prac diagnostycznych
- maksymalna prędkość wirowania min. 4500 RPM, bez chłodzenia
- rotor horyzontalny z gilzami o pojemności min. 200ml każda (4x200ml)
- możliwość wirowania probówek o wysokości 12cm, pojemności 45ml (probówki typu Falcon)
- wkładki redukcyjne do probówek w systemie zamkniętym (fi 13,5mm oraz fi 17,1mm)
- instrukcja obsługi w języku polskim, paszport techniczny, gwarancja
- sprzedający zapewnia transport i fachową instalację sprzętu u Zamawiającego

Płatność wynagrodzenia objętego fakturą za wykonanie dostawy zostanie rozłożona na 5 (pięć) równych rat miesięcznych.

Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty poszczególnych rat w terminie wymagalności każdej z nich, zgodnie z Harmonogramem Płatności stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy

<b>Tytuł zamówienia</b>	Dostawa stołowej wirówki laboratoryjnej
<b>Data ogłoszenia</b>	2026-04-17
<b>Status zamówienia</b>	aktualne
<b>Termin składania ofert (data)</b>	2026-04-27
<b>Termin składania ofert (data i godzina)</b>	2026-04-27 09:00

## Załączniki

[Ogłoszenie o konkursie ofert.pdf](#) | PDF, 196.71 KB | [Otwarcie w nowym oknie](#)

[Załącznik nr 1- Formularz ofertowy.doc](#) | DOC, 46.5 KB | [Otwarcie w nowym oknie](#)

[Załącznik nr 2 - Projekt umowy.pdf](#) | PDF, 175.35 KB | [Otwarcie w nowym oknie](#)

[Załącznik nr 3- Klauzula RODO.pdf](#) | PDF, 151.61 KB | [Otwarcie w nowym oknie](#)