

KONKURS OFERT K/17/2026/ZP - zakup sprzętu medycznego w ramach dofinansowania Funduszu Europejskiego dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

Przedmiotem konkursu jest zakup sprzętu medycznego w ramach zadania p.n. Poprawa jakości opieki paliatywnej oferowanej przez SP ZOZ Szpital Kolejowy w Wilkowicach-Bystrej w ramach dofinansowania Funduszu Europejskiego dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Zamówienie zostało podzielone na pakiety. Oferent może złożyć ofertę na dowolną liczbę pakietów.

Pakiet nr 1 – Podnośnik pacjenta - 2 szt.

Parametry techniczne:

Mobilny podnośnik jezdny przeznaczony do podnoszenia i transferu pacjentów.

Mechanizm elektrycznego podnoszenia i opuszczania pacjenta, zasilany z akumulatora.

Możliwość podnoszenia pacjenta bezpośrednio z poziomu podłogi przy zastosowaniu odpowiedniej podwieszki.

Maksymalny dopuszczalny udźwig podnośnika nie mniejszy niż 230 kg.

Zakres podnoszenia obejmujący wysokości od nie więcej niż 68 cm do nie mniej niż 196 cm.

Sterowanie za pomocą przewodowego pilota umożliwiającego podnoszenie, opuszczanie i zmianę rozstawu nóg podstawy.

Elektryczna regulacja rozstawu nóg podstawy sterowana pilotem.

Wewnętrzny rozstaw nóg podstawy: minimalny nie większy niż 52 cm oraz maksymalny nie mniejszy niż 103 cm.

Zewnętrzna szerokość podstawy: przy złożeniu nie większa niż 67 cm i przy rozsunięciu nie mniejsza niż 118 cm.

Długość całkowita urządzenia nie większa niż 135 cm.

Wymiary urządzenia (dł. × szer. × wys.) nie większe niż 135 × 70 × 140 cm (+/- 5 cm) w konfiguracji z nierozsuniętą podstawą.

Wysokość nóg podstawy nie większa niż 11,5 cm, umożliwiająca podjazd pod typowe łóżko opiekuńcze.

Promień skrętu podnośnika nie większy niż 72 cm.

Podstawa wyposażona w cztery koła jezdne zapewniające manewrowanie urządzeniem.

Średnica kół przednich (bez hamulca) nie mniejsza niż 100 mm.

Średnica kół tylnych (z hamulcem) nie mniejsza niż 125 mm.

Koła tylne wyposażone w hamulce postojowe.

Uchwyty umożliwiające wygodne prowadzenie podnośnika; wysokość uchwytu w zakresie obejmującym min. 95–127 cm.

W komplecie stała, czteropunktowa belka zawiesia wykonana z aluminium lub materiału o równoważnej wytrzymałości i małej masie.

Możliwość obrotu belki zawiesia o 360° oraz blokady w czterech pozycjach, co 90°.

Belka zawiesia przystosowana do współpracy z odpowiednimi podwieszkami pacjenta mocowanymi na pętli.

Akumulator o pojemności nie mniejszej niż 2,9 Ah, przeznaczony do pracy podnośnika.

Wydajność akumulatora pozwalająca według deklaracji producenta na ok. 20 pełnych cykli podnoszenia i opuszczania przy maksymalnym obciążeniu.

Mechanizm awaryjnego opuszczania pacjenta.

Przycisk awaryjnego zatrzymania pracy urządzenia.

Stopień ochrony przed wnikaniem wody nie gorszy niż IPX4.

Poziom hałasu podczas pracy nie większy niż 52 dB.

Masa własna podnośnika nie większa niż 65 kg.

Zestaw obejmuje podnośnik z czteropunktową belką zawiesia, pilot, akumulator i elementy niezbędne do użytkowania zgodnie z instrukcją.

Urządzenie fabrycznie nowe, kompletne, bez wad, gotowe do eksploatacji po przygotowaniu zgodnie z instrukcją.

Instrukcja użytkowania i konserwacji w języku polskim oraz dokumentacja pozwalająca zweryfikować oferowane parametry.

Wyrób medyczny wprowadzony do obrotu zgodnie z właściwymi przepisami, z wymaganym oznakowaniem CE i dokumentacją zgodności.

Gwarancja na urządzenie nie krótsza niż 24 miesiące.

Pakiet nr 2 – Koncentrator tlenu - 4 szt.

Parametry techniczne:

Stacjonarny koncentrator tlenu przeznaczony do wspomagającej tlenoterapii pacjenta w trybie ciągłym;

Regulacja przepływu tlenu w zakresie obejmującym co najmniej 1–5 l/min za pomocą standardowego przepływomierza. Zamawiający dopuszcza nastawy poniżej 1 l/min (np. 0,5 l/min) wymagające przepływomierza o niskim zakresie ustawień, zgodnie z instrukcją producenta; wykonawca podaje zakres i wymagane akcesoria.

Stężenie tlenu w zakresie 90–96% przy przepływie od 1 do 5 l/min, w warunkach eksploatacji określonych przez producenta; wykonawca potwierdzi charakterystykę dla oferowanego modelu.

Możliwość ciągłej pracy urządzenia zgodnie z instrukcją producenta.

Zasilanie sieciowe 230 V AC $\pm 10\%$, 50 Hz.

Pobór mocy nie większy niż 300 W dla oferowanej wersji 230 V / 50 Hz.

Poziom hałasu podczas pracy nie większy niż 45 dB(A) (wartość typowa lub deklarowana).

Ciśnienie wyjściowe umożliwiające podawanie tlenu z użyciem akcesoriów przewidzianych przez producenta. Wykonawca podaje maksymalne ciśnienie wyjściowe zgodne z instrukcją oferowanego urządzenia.

Wbudowany przepływomierz umożliwiający odczyt i regulację przepływu.

Wskaźnik stanu pracy i wizualna sygnalizacja alarmów.

System monitorowania stężenia tlenu (np. OPI) z wizualną sygnalizacją obniżonego stężenia. Wykonawca podaje sposób sygnalizacji i progi alarmowe, jeżeli producent określa je w dokumentacji oferowanej wersji.

Sygnalizacja zaniku zasilania sieciowego.

Sygnalizacja stanów nieprawidłowej pracy obejmująca co najmniej awarię urządzenia i nieprawidłowy przepływ tlenu; wykonawca podaje dostępne alarmy i zabezpieczenia dla oferowanej wersji.

Konstrukcja z uchwytem do przemieszczania urządzenia.

Koła transportowe lub równoważne rozwiązanie umożliwiające przestawianie urządzenia.

Masa urządzenia nie większa niż 16 kg.

Wymiary (wys. × szer. × gł.) nie większe niż 65 × 43 × 30 (+/- 5 cm) cm.

Możliwość podłączenia standardowych akcesoriów do tlenoterapii.

Miejsce lub uchwyt do bezpiecznego umieszczenia nawilżacza tlenu.

Gniazdo wylotowe tlenu umożliwiające podłączenie kaniuli nosowej lub przewodu do nawilżacza zgodnie z instrukcją producenta.

Obudowa umożliwiająca czyszczenie wilgotną ściereczką oraz używanie medycznych środków dezynfekcyjnych zgodnie z instrukcjami ich producentów.

Dostarczone urządzenie fabrycznie nowe, kompletne i gotowe do użytkowania.

Instrukcja użytkowania w języku polskim i dokumentacja potwierdzająca parametry.

Pakiet nr 3 – Inhalator tlenu- 4 szt.

Parametry techniczne:

Urządzenie do kompleksowa terapia dróg oddechowych

Urządzenie mobilne

Średnica cząstek (średnia) MMAD:* 1,66 µm Frakcja respirabilna (do 5,0 mm): 100 %

Wydajność aerozolu:** 0 ÷ 4 ml/min

Wydajność nawiewu: 0 ÷ 20 l/ min

Pojemność naczynia na lek: max. 30 ml Częstotliwość pracy: 2,7 ± 0,1 MHz

Częstotliwość wibracji 100 ± 3 Hz Zasilanie: AC 230 V, 50 Hz

Maksymalny pobór mocy: 110 VA Klasa ochronności: I

Poziom mocy akustycznej <55 db= "" a="" td=""> ciężar 7 kg

Informacja o wydajności zgodna z EN 13544-1.

Pakiet nr 4 – Torba medyczna wraz z wyposażeniem - 4 szt.

Parametry techniczne:

Kompletny, przenośny zestaw przeznaczony do prowadzenia działań reanimacyjnych i resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Zestaw umieszczony w usztywnionej torbie transportowej, umożliwiającej jednoczesny dostęp do kilku sekcji wyposażenia.

Torba wyposażona w minimum 5 niezależnych przegród organizacyjnych.

Torba wykonana z tkaniny poliamidowej typu Cordura lub równoważnej, odpornej na przetarcia i uszkodzenia mechaniczne, z powłoką zabezpieczającą.

Kolor torby czerwony lub inny jednoznacznie wyróżniający wyposażenie ratownicze.

Oznaczenia ratownicze i elementy odblaskowe zwiększające widoczność torby.

Wymiary zewnętrzne torby (szer. × wys. × gł.): odpowiednio w przedziałach 300–370 × 420–520 × 280–350 mm.

Masa kompletnego zestawu nie większa niż 12 kg; wykonawca podaje masę oferowanego zestawu.

Torba wyposażona w uchwyty umożliwiające przenoszenie w rękę oraz pas do transportu na ramieniu.

Uchwyty przy zamkach błyskawicznych ułatwiające szybkie otwieranie i zamykanie.

Ampularium z miejscem do oznaczania leków; leki nie stanowią przedmiotu dostawy.

Butla tlenowa o pojemności wodnej minimum 2 l, przystosowana do współpracy z dostarczonym reduktorem.

Reduktor tlenowy współpracujący z butlą, z szybkozłączem typu AGA O₂ lub równoważnym, skokową regulacją przepływu 0–25 l/min i złączką tlenową DIN 3/4" (standard polski).

Resuscytator silikonowy, wielorazowego użytku, dla dorosłych, umożliwiający wentylację przy podaży tlenu, z rezerwuarem 2500 ml, złączką, przewodem tlenowym oraz maskami twarzowymi nr 5 i 3.

Przewód tlenowy o długości 10 m – minimum 1 szt.

Maski tlenowe do podawania tlenu o wysokim stężeniu, z rezerwuarem i przewodem tlenowym długości 2,1 m: minimum 1 szt. dla dorosłych i 1 szt. dla dzieci.

Filtry przeciwbakteryjne/przeciwvirusowe do toru oddechowego – minimum 5 szt.

Ssak ręczny z pojemnikiem na wydzielinę oraz cewnikami do odsysania dla dorosłych i dzieci – 1 komplet.

Laryngoskop z rękojeścią i kompletem łyżek zakrzywionych typu McIntosh, nr 2, 3 i 4 – 1 zestaw.

Rurki ustno-gardłowe typu Guedel lub równoważne – komplet minimum 6 rozmiarów.

Kleszcze do intubacji typu Magill lub równoważne – minimum 1 szt.

Rurki intubacyjne w rozmiarach 6, 7, 8 i 9 – minimum po 1 szt.

Latarka diagnostyczna – minimum 1 szt.

Kompresy gazowe o wymiarach 5 × 5 cm – minimum 3 szt.

Strzykawki jednorazowe o pojemnościach 2, 5, 10 i 20 ml – minimum po 2 szt. każdego rozmiaru.

Igły jednorazowe o średnicach 1,2 mm i 0,8 mm – minimum po 5 szt. każdego rozmiaru.

Kaniule dożylnie (wenflony) – minimum 8 szt.; rozmiary zgodne z wykazem wyposażenia oferowanego zestawu.

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych – minimum 1 szt.

Staza zaciskowa – minimum 1 szt.

Roztwór chlorku sodu (NaCl) 0,9% w 2 opakowaniach po 250 ml, łącznie 500 ml – minimum 1 komplet, o ile dostawa jest dopuszczalna w ramach przedmiotu zamówienia.

Plastry poiniekcyjne – minimum 1 opakowanie.

Płyn do dezynfekcji o pojemności minimum 250 ml – minimum 1 opakowanie.

Rękawiczki ambulatoryjne jednorazowego użytku – minimum 5 par.

Nożyczki ratownicze – minimum 1 szt.

Narzędzie do przecinania pasów bezpieczeństwa i wybijania szyb – minimum 1 szt.

Zestaw fabrycznie nowy; wyroby wchodzące w jego skład oznakowane i udokumentowane zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami, w tym MDR, jeżeli dotyczy.

Instrukcja użytkowania zestawu i dokumentacja oferowanego wyposażenia w języku polskim; wykonawca podaje producenta oraz model/symbol oferowanego zestawu.

Gwarancja na torbę i elementy wielorazowe minimum 24 miesiące; materiały jednorazowe zgodnie z terminem ważności producenta. Okres gwarancji wykonawca potwierdzi w ofercie.

Wymagania ogólne

1. Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe, zgodne z obowiązującymi normami PN-EN oraz posiadać certyfikat CE – normę unijną.
2. Wykonawca zapewni dostawę, montaż, uruchomienie i szkolenie personelu.
3. Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące.
4. Dostawa obejmuje transport do siedziby Zamawiającego oraz wniesienie sprzętu.
5. Do urządzeń dołączony zostanie paszport techniczny sprzętu medycznego
6. Potwierdzenie dopuszczenia do użytku szpitalnego
7. Sprzęt medyczny i jego obsługa powinny być zaprojektowane z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.
- 8.

Powyższe elementy zakupów należy dostarczyć wraz z montażem i uruchomieniem w budynku Szpitala Kolejowego w Wilkowicach - Bystrej. Oferowany sprzęt ma być fabrycznie nowy (rok produkcji 2026), nieużywany, wraz z wszystkimi fabrycznymi elementami i akcesoriami oraz kompletny do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem. Żaden sprzęt ani jego część składowa, wyposażenie, etc. nie może być sprzętem rekondycjonowanym, powystawowym i nie mógł być wykorzystywany wcześniej przez innego użytkownika.

Tytuł zamówienia	KONKURS OFERT K/17/2026/ZP - zakup sprzętu medycznego w ramach dofinansowania Funduszu Europejskiego dla Śląskiego 2021-2027 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)
Data ogłoszenia	2026-10-28
Status zamówienia	aktualne
Termin składania ofert (data)	2026-11-06
Termin składania ofert (data i godzina)	2026-11-06 09:00

Załączniki

Ogłoszenie o konkursie ofert_Kc.pdf	PDF, 353.86 KB	Otwarcie w nowym oknie
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy.doc	DOC, 137 KB	Otwarcie w nowym oknie
Załącznik nr 2 - Projekt umowy.pdf	PDF, 252.88 KB	Otwarcie w nowym oknie
Załącznik nr 3- Klauzula RODO.pdf	PDF, 108.22 KB	Otwarcie w nowym oknie